PENTIMEX, s.r.o.

PENTIMEX s.r.o. , so sídlom Tužina 26, 972 14 TUŽINA , Slovenská Republika

vydáva tento

CE

CERTIFIKÁT

alebo

PREHLÁSENIE O ZHODE

v súlade s § 13 zákona č. 264 /99 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a prehlasujeme, že výrobok

OCEĽOVÁ MOSTOVÁ VÁHA
typ PREMOVA O2 60-4-10
v.č. 17/2016

EC certifikát číslo: 1432/2016-0113

Výrobca: **PENTIMEX s.r.o., Tužina, SR**

splňuje požiadavky nižšie špecifikovaných technických predpisov, že výrobky sú za nami určeného použitia bezpečné a že sme prijali všetky opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov vyššie uvedených typov uvádzaných na trh, s technickou dokumentáciou a s požiadavkami príslušného nariadenia vlády. Výrobky sú určené k navažovaniu komponentov podľa hmotnosti za podmienok určených v návode pre obsluhu.

Spôsob posúdenia zhody: §12, zák. 264/1999 Z.z. a nariadenia vlády 308/2004 Z. z. a nariadenia vlády 117/2001 Z.z. a jeho doplnku 296/2002 Z.z.

Vyššie uvedené výrobky sú v zhode s normami o el. bezpečnosti STN EN 60742, ďalej EMC: STN EN 500081-1, STN EN 50082-2.

Vyššie uvedené výrobky sú tiež v zhode s normami STN EN 45501 a smernicami 90/384/EEC, 89/336/EEC a 73/23/EEC.

Miesto vydania: Tužina
Dátum vydania: 14.04.2016

Ing. Pastorek Július v.r.
Konateľ spoločnosti PENTIMEX s.r.o.

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems
www.diniargeo.com

PENTIMEX, s.r.o.
972 14 Tužina
Prievidza

PENTIMEX s.r.o. , so sídlom 972 14 Tužina 26 , Slovenská Republika

vydáva toto

CE

VYHLÁSENIE O ZHODE
(Príloha originálneho certifikátu)

Prehlasujeme na svoju plnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, sú v súlade s týmito normami alebo inými predpismi.

Výrobca / Producer :	DINI ARGEO S.r.l. Via della Fisica, 20 Fiorano Modenese (MO) Italy
Typ / Type :	DFW-1
Výrobné číslo / Serial number :	0732930057
Číslo certifikátu typového schválenia ES / No of the EC type-approval certificate :	0200-NAWI-06080

EU Smernica:	Norma:
2014 / 30 / E	EN 61000-6-2 / 2005, EN 61000-6-4: 2007/A1:2011, EN 61326-1 / 2013, EN55011:2009/A1:2010
2014 / 35 / EU	EN 61010-1 / 2010
(°) 2014 / 31 / EU	MODUL B: EN 45501 / 1998 – MODUL D: EN45501 / 2015
(*) 2006 / 42 / EU	

EU Smernica:	Norma:
2014 / 30 / EU EMC	EN 61000-6-2 / 2005, EN 61000-6-4: 2007/A1:2011, EN 61326-1 / 2013, EN55011:2009/A1:2010
2014 / 35 / EU	EN 61010-1 / 2010
(°) 2014 / 31 / EU	MODUL B: EN 45501 / 1998 – MODUL D: EN45501 / 2015
(*) 2006 / 42 / EU	

CE MXX yyyy

xx	Posledné dve číslice označujú rok, v ktorom bolo na výrobku umiestnené označenie CE
yy	Identifikačné číslo notifikovanej osoby dohliadajúcej na systém riadenia kvality výroby

Miesto vydania: Tužina
Dátum vydania: 16.06.2025
Platnosť overenia: 15.06.2027

PENTIMEX, s.r.o.
972 14 TUŽINA 26
SLOVAKIA
IČ DPH: SK2020434174

Vladimír Pastorek v.r.
autorizovaný zástupca

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems
www.diniargeo.com

PENTIMEX, s.r.o.
972 14 Tužina
Prievidza

ATEST / TEST CERTIFICATE

Výrobné číslo / S/N:	0732930057	Typ snímača / Load cell type: FLINTEC RC3-30t-C3	Column load cell
Model / Model :	DFW-1	Počet snímačov / No. Of load cell :	10 ks
Kapacita váhy / Rated capacity :	50000 kg	Kapacita snímačov / Transducers Capacity :	30000 kg
Dielik / Division :	20 kg	Veľkosť vážiace plochy – Platform size :	3x18m

Pripoj k / Connect to :	DFW-1

EXT.+		SIGN.+		* SENS.+	
EXCT.-		SIGN.-		* SENS.-	

Výsledky meraní tohto osvedčenia boli získané nasledujúcim postupom laboratória, podľa : The measurement results of this certificate have been obtained following the procedures of the laboratory, according to:	Postup 3,1 a I03 Procedure 3,1 and I03

VÁHOVÝ TEST
Max. tolerovaná testovacia chyba váhy do 10000e (trieda III) podľa normy OIML R76-1.
WEIGHING TEST
Max. tolerated testing errors for scales up to 10000e (class III) according to standard OIML R76-1.

Namerané hodnoty sú v rámci MPE (tabuľka 7 EN45501: 2015).: Measurements taken are within the MPE (table 7 of the EN45501:2015).	☒ Vyhovuje / CONFORM ☐ Nevyhovuje / NON-CONFORM
Skúška vykonaná s prikladaním závažia do maxima a následne vyložením.: Test performed by applying weight with increasing value up to Max, load and unload	☒ Vyhovuje / CONFORM ☐ Nevyhovuje / NON-CONFORM

Táto správa bola vydaná autorizovaným zástupcom DINI ARGEO Kalibračného laboratória:
This report has been issued by the authorised person of the DINI ARGEO Calibration Laboratory.

Dátum vydania / Issued : 16.06.2025
Platí do / Valid up to : 15.06.2027

PENTIMEX, s.r.o.

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

ATTESTATO DI VERIFICAZIONE UE
EU CERTIFICATE OF TEST
ATTESTATION DE VERFICATION UE
EG PRÜFSCHEIN
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN UE
CERTYFIKAT BADANIA

Lo strumento per pesare a funzionamento non automatico:
The non-automatic weighing instrument: - Die nichtselbsttätige Waage:
L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique:
El instrumento para pesar con funcionamiento no automático: -Waga nieautomatyczna :

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Producent	DINI ARGEO S.r.l. Via della Fisica,20 Fiorano Modenese (MO)
Tipo / Type / Typ / Tipo / Typ	DFW-1
Numero di serie / Serial number / Numéro di série / Seriennummer / Número de serie / Numer seryjny	0732930057
N° del certificato di approvazione CE del Tipo: No of the EC type-approval certificate / N° du certificat d'approbation CE de type / Nr. der EG-Bauartzulassung / N° del certificado de aprobación CE del Tipo / Numer zatwierdzenia typu	FORCE CERTIFICATION / 0200-NAWI-06080

Corrisponde al modello descritto nel certificato di approvazione CE/EU del Tipo
-Corresponds to the model described in the EC/EU type/approval certificate -Correspond au modèle dècrit dans le certificate d'approbation CE/EU de type -Entspricht dem in der EG/EU Bauartzulassung beschriebenen Modell -Corresponde al modelo descrito en el certificado de aprobación CE/EU del Tipo -Odpowiada modelowi opisanemu w certyfikacie typu WE / UE

E' stato testato in conformità con le seguenti norme:
-Has been tested according to the following standards: -Il à été verifié conformements aux norms suivantes:
-Wurde gemäß folgender Normen getestet: -Ha sido verificado en conformidad con las siguientes normas
-Został przetestowany zgodnie z następującymi normami:

EN 45501:2015

NOTA: Se lo strumento è sottoposto a Verificazione CE , questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla Attestazione di Conformità dell' Organismo Notificato che esegue la verifica.
-If the instrument is submitted to CE verification , this declaration it should be accompanied by a certificate of conformity issued by a notified body .
-Lorsque l'instrument est soumis à la vérification CE , cette déclaration doit être jointe à l'attestation de conformité d'un organisme notifié.
-Wenn das Gerät zur EG Prüfung unterbreitet wird, muss dieser Erklärung die Konformitätsbescheinigung der benannten Stelle beigefügt werden.
-Si el intrumento está sujeto a verificación EU, esta declaración debe ser acompañada del Certificado de Conformidad del Organismo Notificado que lleva a cabo la verificación.
-Jeżeli urzadzenie zostało poddane ocenie zgodności EC, to należy dołączyć deklarację zgodności wydaną przez jednostkę notyfikowaną.

La verificazione EU è valida solo per il seguente luogo di utilizzazione o area d'uso:
-The EU Verification is valid only for the following place of use or area of use:
-La Verification EU c'est valide seulement pour le lieu d'utilisation (ou zone d'usage) suivant:
-Die EU-Prüfung gilt nur für folgendes/n Einsatzorf/Einsatzgebiet:
-La verificación EU es válida sólo para el siguiente lugar de utilización (o area de uso):
Zatwierdzenie UE jest ważne tylko dla następującego miejsca zastosowania lub obszaru zastosowania:

g= 9.80861 m/s²

Fiorano Mod.se (MO) Italy, 16/06/2025

Firma/Signature/Unterschrift/Podpis
President

Rev. 2